



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resposta ao pedido de Esclarecimento

Pacajus-CE, 14/05/2021

Em resposta aos pedidos de esclarecimento da empresa MedLevensohn, com relação ao Pregão Eletrônico Nº 2021/04.07.02, com objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO E OUTROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS EM RAZÃO DE PREVENÇÃO E AINDA MANUTENÇÃO DOS CUIDADOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PANDEMIA DO CORONA VIRUS - SARS COV 19, NUMA POSSÍVEL RETOMADA DAS ATIVIDADES DE MANEIRA PRESENCIAL, a Secretaria Municipal de Educação de Pacajus/Ce, se manifesta da seguinte maneira:

A descrição do item solicitado já consta com as seguintes características mínimas como podemos acompanhar a seguir em sua descrição: **TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO com as seguintes especificações mínimas: Para medir a temperatura de pessoas sem precisar de contato físico. Especificando a temperatura de 32,0°C até 43,0°C, ter licença hospitalar, não precisar ser ligado na tomada, funcionar com duas baterias AAA funcionando ao apertar do gatilho numa distância de 2 a 15 cm, com Intervalo de medição: 32,0°C ~ 43,0°C Precisão máxima: $\pm 0,2$ °C (35,0°C ~ 42,0°C) / $\pm 0,3$ °C (32,0°C ~ 34,9°C e 42,1°C ~43°C) Bateria: 2 x AAA, Auto desligamento: sem uso em 15 segundos.**

Com base nessa informação, a respectiva secretaria não aceita a descrição apresentada, pois já considera uma descrição mínima para adquirir respectivo produto.

Atenciosamente,


José Darlan Cosmo de Oliveira

Secretário de Educação

