



Pregao Pacajus <pregaopacajus@gmail.com>

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA DE PACAJUS/CE - PREGÃO ELETRONICO 2021/04.07.02

2 mensagens

Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

14 de maio de 2021 10:38

Para: pregaopacajus@gmail.com

Cc: victoria.menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, Thayna Santos <thayna.santos@medlevensohn.com.br>, SergioMachadoMadlevensohn <svmachado10@gmail.com>, enf.camila <enf.camila@medlevensohn.com.br>, Mariana Neves <mariana.neves@medlevensohn.com.br>, tulio oliveira <tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>, thaina <thaina@medlevensohn.com.br>

Prezados, interessada em participar do certame em tela, requer seja esclarecida a dúvida a seguir:

O descritivo do Lote 01 estabelece que o termômetro infravermelho deverá possuir:

- a) temperatura de 32 a 43°C
- b) com auto desligamento em 15 segundos
- c) distância de 2 a 15 cm.

Para promover maior competitividade ao certame sem prejudicar a Administração e o agente que utilizará o produto, requer sejam aceitos também os termômetros infravermelhos que possuam:

- a) temperatura 34 a 42,2°C
- b) auto desligamento aproximado 1 minuto
- c) distância 5 cm.

Estes termômetros serão aceitos? Vejam que as características técnicas são muito próximas daquelas exigidas no edital, de modo que não oferecem qualquer prejuízo para o município e, se aceitos, aumentarão consideravelmente o rol de licitantes participantes do certame.

Cordialmente,



# MedLevensohn®

MASTER DEALER DISTRIBUTOR



microlife



VEROMED



## Anneliza Argon

Jurídico

☎ Escritório / Office: (21) 3557-1484

✉ anneliza.argon@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br

Pregao Pacajus <pregaopacajus@gmail.com>

14 de maio de 2021 11:24

Para: Prefeitura Pacajus <nucleogerencialpmp@gmail.com>

Segue para conhecimento e emissão de resposta.

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]