



Licitação Pacajus &lt;licitacaopacajus@gmail.com&gt;

**Esclarecimento PE 2019.02.28.01 - Item 01**

**Kelly Borges** <kelly.borges@univen.com.br>  
Para: licitacaopacajus@gmail.com

19 de março de 2019 15:54



Prezados, boa tarde.

No edital supracitado, no descritivo do item 1, é solicitado:

*"Digitalizador de imagens radiográficas (multicassetes): Sistema de digitalização de imagens de mamografia e Raio-x..."*

É solicitado cassetes para o digitalizador:

- 2 cassetes com placa de fósforo 35X43 cm.
- 2 cassetes com placa de fósforo 24X30 cm.
- 2 cassetes com placa de fósforo 18X24 cm.

Gostaria de esclarecer se esses cassetes são para raio-x? Pois para exames de mamografia os tamanhos de cassetes disponíveis é apenas 18X24 e 24X30.

Atenciosamente,



**Kelly Borges**  
Analista de Licitação

f @ univenhealthcare  
www.univen.com.br

(41) 3274.3274 | 118

R. General Mario Tourinho, 1805 | Sala 1207 | Ed. Lakeside Corporate | Seminário | Curitiba/PR



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



DESPACHO DE COMUNICAÇÃO

DE: COMISSÃO DE PREGÃO  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLAECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.02.28.01 – PERP**


**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.**

Senhora Secretária,

Encaminho a Vossa Senhoria Pedido de Esclarecimento ao edital em epígrafe, feito pela Empresa **UNIVEN HEALTHCARE LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 09.420.486/0001-91**, recebido no endereço eletrônico desta comissão, nesta data. Solicitamos que seja emitido Parecer Técnico acerca do questionamento, pois se trata da descrição do item 01, constante no Termo de Referência emitido por Vossa Senhoria.

Pacajus (CE), 20 de Março de 2019.

Atenciosamente,

  
**SÂMIDA MONTIELLY COSTA LIMA**  
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO