

Pacajus (CE), 02 de maio de 2023.


**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EQUIPE DE PREGÃO**

**REF.: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.12.02 -PERP QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Douta Pregoeira,

Após recebimento do pedido de esclarecimento enviado pela empresa **INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001- 86, vimos esclarecer o que segue:

Os blocos criogênicos em câmaras fazem com que haja um maior tempo para manutenção preventiva e a troca dos ventiladores do evaporador e do condensador da câmara, que deve ser feita a cada 4 anos. O mesmo prazo serve para a troca de baterias de câmaras equipadas com sistema de emergência. Quando há os blocos a probabilidades de ocorrerem problemas com a sua câmara se reduzem consideravelmente, portanto, é mais que válido se dedicar a elas e poupar problemas futuros.



Everlane Barbosa de Castro  
**Secretária Interina de Saúde**  
Portaria nº 118/2023