



Pregao Pacajus &lt;pregaopacajus@gmail.com&gt;

**ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.03 - MUNICIPIO DE PACAJUS**

1 mensagem

**Quéren Miriã Brito Chaves Paião** <queren.paiao@indrel.com.br>

27 de abril de 2023 às 17:10


Para: "pregaopacajus@gmail.com" &lt;pregaopacajus@gmail.com&gt;

Cc: Licitações - Indrel &lt;licitacoes@indrel.com.br&gt;

Boa tarde, prezados (a)!

Venho por meio deste e-mail solicitar um esclarecimento referente aos itens 1 e 2 do presente Edital. Está sendo solicitado blocos criogênicos, porém não se faz necessário visto que o equipamento irá a bateria que mantém o equipamento em funcionamento até 24h, gostaria de saber se ainda assim se faz necessário os blocos criogênicos?

No item 1 está sendo solicitado um equipamento de 120 litros com capacidade de 5 gavetas, porém para este equipamento cabem apenas 2 gavetas devido ao tamanho, poderá ser com 2 gavetas?



Certos de vossa atenção e compreensão, aguardamos deferimento e análise do mesmo,

Acesse nossos catálogos em: <https://www.indrel.com.br/catalogos-formulario/>

**Conte conosco! Juntos Preservamos vidas!**

Atenciosamente;

**INDREL**  
SCIENTIFIC



Preservando  
Vidas!

**Quéren Miriã Brito Chaves Paião**

Assistente de Licitação Pleno


Fone: 55 43 3378-5522

[www.indrel.com.br](http://www.indrel.com.br)

E-mail – [queren.paiao@indrel.com.br](mailto:queren.paiao@indrel.com.br)

Londrina – Paraná – Brasil

---

 **edital.zip**  
21537K

